

HB-GJ6（关节型）关节康复器说明书

技术参数：

1、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成。

2、输入功率： $\leq 60\text{VA}$ 。

3、角度范围及误差： $0\sim 50^\circ$ ；踝关节屈曲、内外翻动作角度为 $0\sim 50^\circ$ 。角度不大于 50° 时，误差 $\pm 5\%$ ，角度大于 50° 时，误差 $\pm 10\%$ 。

4、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调。

5、最大角速度： $\leq 10^\circ / \text{s}$ 。

6、痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为50N、35N、20N，误差范围为 $\pm 20\%$ 。

7、调节杆的调节范围： $0\sim 100\text{mm}$ ，误差 $\pm 10\%$ 。

8、工作噪音： $\leq 60\text{dB}$ 。

9、最大承重载荷：30N。

10、治疗时间： $1\sim 240$ 分钟，步长为1分钟，连续可调，误差 $\pm 10\%$ 。

11、工作模式：正常模式、速度模式、角度模式。



关节康复器 HB-GJ6配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注
1	主机	台	1		
2	熔断器	个	2	F800mAL250V	
3	手持器	个	1		
4	电源线	根	1		
5	营业执照	份	1		
6	生产许可证	份	1		
7	注册证及注册登记表	份	1		
8	合格证	张	1		
9	保修卡	张	1		
10	综合彩页	份	1		
11	现场安装验收单	份	1		
12	配置清单	份	1		
13	产品简易操作规范	份	1		
14	技术使用说明书	份	1		